DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2021-25(4)-10

УДК: 616.352-089.2-089.168.1:615.477

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЄДНАНОЇ АНОРЕКТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ РАДІОХІРУРГІЧНИХ ТА ВИСОКОЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Балицький В. В.^{1,2}

¹Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (вул. Пирогова, 54, м. Вінниця, Україна, 21018),

²КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради (вул. Пілотська, 1, м. Хмельницький, Україна, 29000)

Відповідальний за листування:
e-mail: v.balytskyi@ukr.net

Статтю отримано 12 липня 2021 р.; прийнято до друку 16 серпня 2021 р.

Анотація. Хірургія поєднаної патології анального каналу та прямої кишки вимагає нестандартної тактики та методів лікування, що передбачають мінімальний вплив на тканини, запобігаючи виникненню післяопераційних ускладнень. Метою дослідження було проведення порівняльної оцінки результатів хірургічного лікування поєднаної аноректальної патології з використанням сучасних радіохірургічних та електрохірургічних технологій шляхом аналізу клінічного перебігу післяопераційного періоду та вивчення глибини впливу цих технологічних пристроїв на структуру оперованих тканин. Проаналізовано результати лікування 635 пацієнтів з поєднаними захворюваннями анального каналу і прямої кишки, розподілених на чотири досліджувані групи. Контрольну групу склали 112 пацієнтів, прооперованих з використанням хірургічного скальпеля. Після оперативних втручань 30 пацієнтам з кожної досліджуваної групи проведено морфологічне дослідження тканин прямої кишки та анального каналу з метою вивчення глибини термічного впливу на них за допомогою шкали окуляр-мікрометра. Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням програмного забезпечення IBM SPSS STATISTICS SUBSCRIPTIONAL TRIAL. Ліцензійний номер: L-CZAA-BHG85V. У роботі використані: критерій Колмогорова-Смирнової з поправкою Лівєрфорса та Шапіро-Уїлка, критерій Лівня при $p < 0,05$; застосовували однофакторний дисперсійний аналіз, критерій Бонфероні; застосовували тест Уелча та тест Брауна-Форсайта, критерій Геймса-Хьюелла; застосовували критерій Краскела-Уолліса, критерій Манна-Уїтні. Встановлено, що завдяки мінімальному та неглибокому впливу на тканини при використанні апарату радіохвильової хірургії "Surgitron", у жодного пацієнта з чотирьох досліджуваних груп не було виявлено ні рубцевих анальних стриктур, ні рубцевих деформацій параректальних ділянок, що сприяло косметичності комбінованих операцій та обумовлювало швидку реабілітацію пацієнтів досліджуваних груп. У контрольній групі у 2 (1,8%) пацієнтів було діагностовано формування рубцевої анальної стриктури, що вимагало консервативних (у 1 пацієнта) та оперативних (у 1 пацієнта) заходів з їх ліквідації. Використання сучасних радіохірургічних та електрохірургічних технологій для лікування поєднаних анальних та ректальних захворювань зменшує тривалість операції, інтраопераційну крововтрату, післяопераційний больовий синдром, а також запобігає виникненню рубцевих стриктур анального каналу.

Ключові слова: поєднана патологія, анальний канал, пряма кишка, радіохірургічна технологія, високочастотні електрохірургічні технології.

Вступ

Впродовж останніх двох-трьох десятиліть відзначається загальносвітова тенденція до стрімкого зростання кількості проктологічних захворювань, серед яких питома вага поєднаної аноректальної патології сягає майже 65% [5].

Актуальність проблеми поєднаної патології анального каналу і прямої кишки є досить високою, що обумовлено на сьогоднішній день відсутністю єдиного підходу щодо хірургічного лікування цієї категорії пацієнтів. Більше того, вивченню даної проблеми присвячена досить незначна кількість публікацій з результатами наукових досліджень. Рубцеві стриктури анального каналу, недостатність анального сфінктера, а також деформації перианальної ділянки та промежини найчастіше виявляють серед ускладнень після комбінованих операцій на анальному каналі та прямій кишці з приводу їх поєднаної патології [1, 4].

Швидкий розвиток новітніх хірургічних технологій дозволив впровадити у колопроктологічну практику нові високотехнологічні засоби для хірургічного лікування різноманітної аноректальної патології [5]. Так компанією "Valleylab" (США) була розроблена біполярна електротермічна система "Liga Sure" для хірургічного лікування геморою [3]. Цей метод гемороїдектомії називають "закритою безшовною гемороїдектомією". Глибина термічного впливу на тканини при використанні цієї системи складає не більше 2 мм [2]. Вона забезпечувала ретельний гемостаз, скорочувала тривалість операції та позбавляла необхідності виділення та лігування судинної ніжки гемороїдального вузла, а також зменшували терміни реабілітації пацієнтів [2, 3]. Але, на жаль, дана методика мала і цілий ряд недоліків: інтенсивний больовий синдром (11,7%), рецидиви захворювань (7,5%), післяопераційна кровотеча (2,1-

7,1%), стриктури анального каналу (2,1-8,2%) [2, 3, 9, 11].

Широкого використання в колопроктології набув ультразвуковий гармонічний скальпель "Ultra Cision" компанії Ethicon Endo-Surgery (США), чий термічний вплив на тканини не перевищує 1,5 мм [7]. Але цей метод, за даними ряду авторів, супроводжується виникненням післяопераційної кровотечі (2,1-6,1%), вираженим больовим синдромом (5-7,6%), дизуричними розладами (5%), тенезмами (10%), тривалим загоєнням післяопераційних ран анального каналу (6%) та рецидивами аноректальної патології (9,1%) [8, 9, 10].

Таким чином, актуальність проблеми поєднаної патології анального каналу і прямої кишки є досить високою і потребує створення та запровадження в практику колопроктологів сучасних малоінвазивних і високоефективних методів хірургічного лікування цих захворювань, які б мали мінімальний пошкоджуючий вплив на тканини, забезпечували відсутність ускладнень та рецидивів, зменшували тривалість стаціонарного лікування і сприяли б швидкій медичній реабілітації пацієнтів.

Метою дослідження було проведення порівняльної оцінки результатів хірургічного лікування поєднаної аноректальної патології з використанням сучасних радіохірургічних та електрохірургічних технологій шляхом аналізу клінічного перебігу післяопераційного періоду та вивчення глибини впливу цих технологічних пристроїв на структуру оперованих тканин.

Матеріали та методи

У період з січня 2007 року по березень 2020 року у відділенні проктології КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради прооперовано шляхом вільної вибірки з використанням апарату радіохвильової хірургії "Surgitron" та апаратів високочастотної електрохірургії "ERBE ICC 200", "ЭФА" та "KLS Martin" 635 пацієнтів з поєднаними непухлинними захворюваннями анального каналу та прямої кишки.

Серед пацієнтів, що спостерігалися, 358 (56,4%) хворих були чоловічої статі та 277 (43,6%) - жіночої статі. Вік пацієнтів становив від 18 до 76 років.

У процесі проведення дослідження всі 635 пацієнтів, які були розподілені на 4 досліджувані групи, підписували добровільну інформовану згоду на проведення знеболення та виконання оперативних втручань, що були здійснені під спинномозковою анестезією.

Контрольну групу склали 112 пацієнтів з поєднаними захворюваннями анального каналу і прямої кишки, які були прооперовані традиційно з використанням хірургічного скальпеля.

Першу досліджувану групу склали 169 пацієнтів, які були прооперовані апаратом високочастотної електрохірургії "ERBE ICC 200" з березня 2008 року по лютий 2019 року. З них 104 (61,5%) пацієнти були чоловічої та 65 (38,5%) - жіночої статі. Вік пацієнтів був від 20 до 76 років.

Другу досліджувану групу склали 114 пацієнтів, які були прооперовані апаратом високочастотної електрохірургії "EFA" з січня 2007 року по лютий 2019 року. З них 65 (57%) пацієнтів були чоловічої та 49 (43%) - жіночої статі. Вік пацієнтів був від 24 до 72 років.

Третю досліджувану групу склали 107 пацієнтів, які були прооперовані апаратом високочастотної електрохірургії "KLS Martin" з жовтня 2017 року по березень 2020 року. З них 43 (40,2%) пацієнти були чоловічої та 64 пацієнти (59,8%) - жіночої статі. Вік пацієнтів був від 19 до 65 років.

Четверту досліджувану групу склали 245 пацієнтів, які були прооперовані апаратом радіохвильової хірургії "Surgitron" з вересня 2009 року по лютий 2019 року. З них 143 (58,4%) пацієнти були чоловічої та 102 (41,6%) - жіночої статі. Вік пацієнтів був від 18 до 74 років.

Після оперативних втручань з використанням вищенаведених радіохірургічних та електрохірургічних технологій у 30 пацієнтів з кожної досліджуваної групи аналізували клінічний перебіг післяопераційного періоду та проводили морфологічне дослідження тканин анального каналу та прямої кишки для вимірювання глибини термального впливу на них, яке було виконано за допомогою шкали окуляр-мікрометра.

Операційний матеріал фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну. Далі матеріал проводився у гістопроцесорі карусельного типу STP-120, для заливки парафінових блоків використовували станцію EC-350, для різки парафінових блоків - ротаційний мікромом серії HM - 340E, для фарбування гістологічних препаратів - автомат Robot-Stainer HMS-740 (всі апарати фірми Carl Zeiss MICROM International GmbH). Препарати фарбували гематоксиліном і еозином. Використовували мікроскоп Axioskop 40 з фотокамерою Axio Cam MRc5 (Karl Zeiss).

Статистичний аналіз отриманих даних проводили з використанням програмного забезпечення IBM SPSS STATISTICS SUBSCRIPTIONAL TRIAL. Ліцензійний номер: L-CZAA-BHG85V.

Перевірку розподілу на нормальність проводили з використанням критеріїв Колмогорова-Смирнovoї з поправкою Лільєфорса та Шапіро-Уїлка. Рівність дисперсій перевіряли за допомогою критерію Лівіня. Критичний рівень статистичної значущості дорівнював 0,05.

У групах з однорідними дисперсіями, де значення показників були розподілені нормально для порівняння груп застосовувався однофакторний дисперсійний аналіз, а для попарного порівняння - критерій Бонфєроні. У групах з неоднорідними дисперсіями, де значення показників були розподілені нормально для порівняння застосовували тест Уелча та тест Брауна-Форсайта, а для попарного порівняння - критерій Геймса-Хоуелла. У групах з однорідними дисперсіями, де значення показників не були розподілені нормально для порівняння застосовували критерій Краскела-Уолліса, а для попарного порівняння використовувався критерій

Манна-Уїтні.

Для попарного порівняння груп коректований критичний рівень значущості був визначений як $0,05/10=0,005$ (тому, що порівнювалось 5 груп та проведено 10 попарних порівнянь).

Результати. Обговорення

У результаті проведеного дослідження серед усіх пацієнтів досліджуваних груп було виявлено 62 варіанти поєднаної патології анального каналу і прямої кишки. Найбільш часті варіанти поєднаної патології анального каналу та прямої кишки, які зустрічалися у всіх досліджуваних групах та види проведених комбінованих оперативних втручань при них представлені у таблиці 1.

Порівняльна характеристика клінічного перебігу післяопераційного періоду при застосуванні радіохірургічного апарату "Surgitron", електрохірургічних апаратів "ERBE ICC 200", "ЭФА" і "KLS Martin", а також металевого скальпеля в хірургічному лікуванні пацієнтів з поєднаними захворюваннями анального каналу та прямої кишки наведена у таблиці 2, в якій показники представлені у вигляді $M \pm SD$, де M - середнє арифметичне, S - стан-

дартне відхилення (95% ДІ-довірчого інтервалу середнього).

Порівняння груп за критерієм Краскела-Уолліса виявило статистично значущу відмінність між ними з рівнем значущості $p < 0,001$ для всіх показників (табл. 3).

При попарному порівнянні груп за критерієм Манна-Уїтні було встановлено, що статистично значуща відмінність знайдена для всіх показників груп (табл. 4), окрім:

1) для показника "Тривалість операції" між групами 3 і 4 статистично значущих відмінностей не було виявлено;

2) для показника "Об'єм крововтрати" між групами 1 і 3, 1 та 4, 2 і 3, 2 та 4, 3 і 4 статистично значущих відмінностей не було виявлено;

3) для показника "Виразеність больового синдрому" між групами 3 та 4 статистично значущих відмінностей не було виявлено;

3) для показника "Тривалість стаціонарного лікування" між групами 3 і 4 статистично значущих відмінностей не було виявлено;

4) для показника "Глибина шару коагуляційного не-

Таблиця 1. Найпоширеніші варіанти поєднаної аноректальної патології в досліджуваних групах та види проведених комбінованих операцій.

Варіант поєднаної патології	Вид комбінованої операції	Кількість пацієнтів (% загальної кількості)
Хронічна анальна тріщина і анальний поліп	Висічення анальної тріщини і поліпектомія	110 (17,3%)
Комбінований геморої і хронічна анальна тріщина	Гемороїдектомія і висічення анальної тріщини	80 (12,6%)
Анальна фістула і комбінований геморої	Висічення анальної фістули і гемороїдектомія	62 (9,7%)
Анальний поліп і комбінований геморої	Поліпектомія і гемороїдектомія	61 (9,6%)
Анальний поліп, хронічна анальна тріщина і гіпертрофовані перианальні шкірні мітки	Поліпектомія, висічення анальної тріщини і електроексцизія гіпертрофованої перианальної шкірної мітки	38 (5,9%)
Комбінований геморої, хронічна анальна тріщина і анальний поліп	Гемороїдектомія, висічення анальної тріщини і поліпектомія	32 (5,0%)
Анальний поліп і зовнішній геморої	Поліпектомія і гемороїдектомія	22 (3,5%)
Хронічна анальна тріщина і зовнішній геморої	Висічення анальної тріщини і гемороїдектомія	18 (2,8%)
Гіпертрофовані перианальні шкірні мітки і анальний поліп	Електроексцизія гіпертрофованої перианальної шкірної мітки і поліпектомія	14 (2,2%)
Зовнішній геморої, анальний поліп і хронічна анальна тріщина	Гемороїдектомія, поліпектомія і висічення анальної тріщини	10 (1,6%)

Таблиця 2. Порівняльна характеристика застосування сучасних та традиційних хірургічних технологій у лікуванні поєднаних захворювань анального каналу та прямої кишки ($M \pm SD$).

Критерії порівняння	"Surgitron" (n=30)	"ERBE" ICC 200 (n=30)	"ЭФА" (n=30)	"KLS Martin" (n=30)	Металевий хірургічний скальпель (n=30)
Тривалість операції (хв.)	15±3	20±3	25±3	15±3	30±5
Об'єм крововтрати (мл)	20±6	15±6	20±3	20±6	40±6
Виразеність больового синдрому (потреба у наркотичних анальгетиках - мл)	2±1	3±1	2±1	2±1	4±1
Тривалість стаціонарного лікування (діб)	4±1	6±1	5±1	4±1	7±1
Глибина шару коагуляційного некрозу (мм)	0,189±0,085	0,302±0,107	0,208±0,097	0,194±0,090	-

Таблиця 3. Розрахунок статистичної значущості різниці між групами за допомогою критерія Краскела-Уолліса.

Показник	Значущість
Тривалість операції	<0,001
Об'єм крововтрати	<0,001
Виразеність больового синдрому	<0,001
Тривалість стаціонарного лікування	<0,001
Глибина шару коагуляційного некрозу	<0,001

крозу" між групами 2 і 3, 2 та 4, 3 і 4 статистично значущих відмінностей не було виявлено. Між іншими парами груп були знайдені статистично значущі відмінності на рівні значущості $p < 0,001$.

Порівняння всіх груп з контрольною показало статистично значущі відмінності для усіх показників.

У результаті дослідження було встановлено, що у випадках застосування радіохірургічного апарату "Surgitron" та електрохірургічного апарату "KLS Martin", глибина коагуляційного некрозу була приблизно однаковою і складала при радіочастотному впливі $0,189 \pm 0,085$ мм, а при електрохірургічному апараті "KLS Martin" - $0,194 \pm 0,09$ мм. Ці показники були найменшими серед усіх досліджуваних груп. При застосуванні цих апаратів була найменша тривалість операцій, незначний об'єм крововтрати, найменш виражений післяопераційний больовий синдром та найкоротший термін стаціонарного лікування.

Застосування електрохірургічного апарату "ЭФА" супроводжувалось більшою глибиною коагуляційного некрозу тканин ($0,208 \pm 0,097$ мм), у порівнянні з попередньою групою. Більш протяжною була середня тривалість операцій і період стаціонарного лікування.

При застосуванні електрохірургічного апарату "ERBE ICC 200" об'єм крововтрати був найменшим серед усіх досліджуваних груп, але глибина коагуляційного некро-

зу була найбільшою ($0,302 \pm 0,107$ мм), що супроводжувалось найбільш вираженим больовим синдромом у післяопераційному періоді та найдовшим періодом стаціонарного лікування. Але, незважаючи на це, навіть найглибший термальний вплив на тканини, який становив за нашими даними 0,409 мм при використанні даного апарату, був набагато меншим, ніж глибина термального впливу на тканини, яка, за даними деяких авторів, складає від 1,5 мм при застосуванні ультразвукового скальпеля "Ultra Cision", до 2 мм при використанні апарату "Liga Sure", що часто супроводжується виникненням рубцевих стриктур анального каналу та довшим періодом загоєння післяопераційних ран [2, 3, 10, 11].

Використання хірургічного скальпеля у контрольній групі супроводжувалось найдовшою тривалістю операцій, найбільшою крововтратою, найбільш вираженим післяопераційним больовим синдромом та найдовшим періодом стаціонарного лікування.

Проведений аналіз дозволив встановити, що застосовані нами сучасні радіохірургічні та височастотні електрохірургічні прилади ("Surgitron", "KLS Martin", "ЭФА" та "ERBE ICC 200"), завдяки мінімальному та неглибокому впливу на тканини під час застосування в ході оперативних втручань в аноректальній зоні не призвели у жодного пацієнта до виникнення рубцевих стриктур анального каналу, що обумовило досить якісні функціональні результати проведених комбінованих операцій і було значно кращим у порівнянні з результатами інших авторів, згідно даних яких це ускладнення зустрічалось із частотою 2,1-8,2% [9, 11]. У той же час у контрольній групі у 2 (1,8%) пацієнтів було виявлено формування рубцевої стриктури анального каналу, що потребувало консервативних (у 1 пацієнта) та оперативних (у 1 пацієнта) заходів з їх ліквідації.

Таблиця 4. Розрахунок статистичної значущості різниці між групами попарно за допомогою критерія Манна-Уїтні.

Порівнювані групи		Показник				
Група I	Група II	Тривалість операції	Об'єм крововтрати	Виразеність больового синдрому	Тривалість стаціонарного лікування	Глибина шару коагуляційного некрозу
1	2	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*
	3	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*
	4	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*
	5	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*	-
2	3	<0,001*	0,944	<0,001*	<0,001*	0,105
	4	<0,001*	0,883	<0,001*	<0,001*	<0,001*
	5	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*	-
3	4	0,022	0,870	0,526	0,001*	<0,001*
	5	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*	-
4	5	<0,001*	<0,001*	<0,001*	<0,001*	-

Примітка. * - статистично значуща відмінність між групами.

Висновки та перспективи подальших розробок

1. Використання електрохірургічних апаратів "ERBE ICC 200", "ЭФА", "KLS Martin", так само як і апарату радіохірургії "Surgitron", для лікування поєднаних захворювань анального каналу і прямої кишки допомагає зменшити тривалість операції, об'єм крововтрати під час операції, інтенсивність больового синдрому після операції, а також, завдяки мінімальному впливу на тканини, сприяє формуванню ніжного еластичного рубця, обумовлюючи швидше загоєння післяопераційних ран та покращуючи медичну реабілітацію пацієнтів.

2. Застосування цих сучасних радіохірургічних та елек-

трохірургічних технологій для лікування поєднаних захворювань анального каналу і прямої кишки запобігало виникненню стриктур анального каналу та рубцевих деформацій паріанальних ділянок, завдяки незначній глибині некрозу тканин, обумовлюючи косметичність комбінованих операцій.

Отримані результати дослідження свідчать про доцільність широкого використання у колопроктологічній практиці вищенаведених сучасних технологій для хірургічного лікування пацієнтів з поєднаною аноректальною патологією, враховуючи їх ефективність та косметичність, що сприятиме суттєвому покращенню медико-соціальної реабілітації цієї категорії пацієнтів.

Список посилань - References

- [1] Bach, H. H., Wang, N., & Eberhardt, J. M. (2014). Common anorectal disorders for the intensive care physician. *J Intensive Care Med.*, 29(6), 334-41. doi: <https://doi.org/10.1177/0885066613485347>
- [2] Bakhtiar, N., Moosa, F. A., Jaleel, F., Qureshi, N. A., & Jawaid, M. (2016). Comparison of hemorrhoidectomy by LigaSure with conventional Milligan Morgan's hemorrhoidectomy. *Pak. J. Med. Sci.*, 32(3), 657-61. doi: [10.12669/pjms.323.9976](https://doi.org/10.12669/pjms.323.9976)
- [3] Chen, C. W., Lai, C. W., Chang, Y. J., & Hsiao, K. H. (2014). Modified LigaSure hemorrhoidectomy for the treatment of hemorrhoidal crisis. *Surg. Today*, 44(6), 1056-62. doi: [10.1007/s00595-013-0650-1](https://doi.org/10.1007/s00595-013-0650-1)
- [4] Davies, D., & Bailey, J. (2017). Diagnosis and Management of Anorectal Disorders in the Primary Care Setting. *Primary Care*, 44(4), 709-720. doi: <https://doi.org/10.1016/j.pop.2017.07.012>
- [5] Fox-Orenstein, A. E., Sarah, B., Umar, S. B., & Crowell, M. D. (2014). Common Anorectal Disorders. *Gastroenterol and Hepatol.*, 10(5), 294-301. doi: <https://doi.org/PMC4076876>
- [6] Gallo, G., Martellucci, J., Sturiale, A., Clerico, G., Milito, G., Marino, F., ... & Trompetto, M. (2020). Consensus statement of the Italian society of colorectal surgery (SICCR): management and treatment of hemorrhoidal disease. *Tech. Coloproctol.*, 24(2), 145-164. doi: [10.1007/s10151-020-02149-1](https://doi.org/10.1007/s10151-020-02149-1)
- [7] Lim, D. R., Cho, D. H., Lee, J. H., & Moon, J. H. (2016). Comparison of a Hemorrhoidectomy With Ultrasonic Scalpel Versus a Conventional Hemorrhoidectomy. *Ann. Coloproctol.*, 32(3), 111-6. doi: [10.3393/ac.2016.32.3.111](https://doi.org/10.3393/ac.2016.32.3.111)
- [8] Rubbini, M., & Ascanelli, S. (2019). Classification and guidelines of hemorrhoidal disease: Present and future. *World J. Gastrointest. Surg.*, 11(3), 117-121. doi: [10.4240/wjgs.v11.i3.117](https://doi.org/10.4240/wjgs.v11.i3.117)
- [9] Talha, A., Bessa, S., & Abdel Wahab, M. (2017). Ligasure, Harmonic Scalpel versus conventional diathermy in excisional haemorrhoidectomy: a randomized controlled trial. *ANZ J. Surg.*, 87(4), 252-256. doi: [10.1111/ans.12838](https://doi.org/10.1111/ans.12838)
- [10] Tsunoda, A., Takahashi, T., & Kusanagi, H. (2017). A prospective randomized trial of transanal hemorrhoidal dearterialization with mucopexy versus ultrasonic scalpel hemorrhoidectomy for grade III hemorrhoids. *Tech. Coloproctol.*, 21(8), 657-665. doi: [10.1007/s10151-017-1673-1](https://doi.org/10.1007/s10151-017-1673-1)
- [11] Xu, L., Chen, H., Lin, G., & Ge, Q. (2015). Ligasure versus Ferguson hemorrhoidectomy in the treatment of hemorrhoids: a meta-analysis of randomized control trials. *Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech.*, 25(2), 106-10. doi: [10.1097/SLE.0000000000000136](https://doi.org/10.1097/SLE.0000000000000136)

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF COMBINED ANORECTAL PATHOLOGY USING MODERN RADIOSURGICAL AND HIGH-FREQUENCY ELECTROSURGICAL TECHNOLOGIES

Balytsky V. V.

Annotation. Surgery of combined anal canal and rectal diseases requires an unconventional tactics and methods of treatment of these pathologies, which provide minimal impact on tissues, preventing postoperative complications. The purpose of the study was conduction a comparative evaluation of the results of surgical treatment of combined anorectal pathology using modern radiosurgery and electrosurgery technologies by analyzing the clinical course of the postoperative period and studying the depth of impact of these technological devices on the structure of operated tissues. The results of treatment of 635 patients with combined diseases of the anal canal and rectum, divided into four study groups, were analyzed. The control group consisted of 112 patients operated with a surgical scalpel. After surgery 30 patients from each study group underwent morphological investigation of rectal and anal tissues for measurement of the thickness of thermal impacts on them, which was performed using an eyepiece-micrometer scale. Statistical analysis of the obtained data was performed using IBM SPSS STATISTICS SUBSCRIPTIONAL TRIAL software. License number: L-CZAA-BHG85V. The following are used in the work: Kolmogorov-Smirnov test with Lilliefors and Shapiro-Wilk correction, Levene's criterion at $p < 0.05$; applied one-way analysis of variance, Bonferroni test; used the Welch test and the Brown-Forsyth test, the Games-Howell test; used the Kruskal-Wallis test, the Mann-Whitney test. It is established that due to the minimal and shallow impact on the tissues during application of electrosurgery devices "KLS Martin", "EFA" and "ERBE ICC 200", as well as radiosurgery device "Surgitron", there were no detected neither scar anal strictures in any of the four study groups nor scarring deformities of the pararectal areas, which contributed to the cosmetic nature of the combined operations and caused rapid rehabilitation of patients in the study groups. In the control group in 2 (1,8%) patients diagnosed the formation of scar anal stricture which required conservative (1 patient) and operative (1 patient) measures to eliminate them. Using of modern radiosurgical and electrosurgical technologies for the treatment of combined anal and rectal diseases reduces the duration of surgery, intraoperative blood loss, postoperative pain and prevents scar strictures of the anal canal.

Keywords: combined pathology, anal canal, rectum, radiosurgical technology, high-frequency electrosurgical technologies.